


单一来源采购专家论证意见表

论证时间：2025 年 09 月 11 日

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	浙江大学医学院附属第四医院				
	联系人	汤国平	联系电话	0579-89935114		
	拟采购项目名称	精神压力分析仪采集盒维修服务				
	拟采购项目预算	8 万元				
	采购产品所属项目名称	浙江大学医学院附属第四医院精神压力分析仪维修服务				
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☒ 1.只能从唯一供应商处采购； ☐ 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购； ☐ 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求，需要从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。 申请理由： 精神压力分析仪由硬件部分（心电血氧数据采集盒）和分析软件组成，现我院精神压力分析仪（QHRV）采集盒配件故障，考虑硬件和软件的适配性，原厂零配件可靠性更高，可以有效保证设备运行的稳定性和安全性。南京赛文医疗器械有限公司作为设备生厂商在浙江省的售后授权商，能提供原厂专业的、及时的技术服务。 因此申请单一来源的采供方式进行采购。  单位负责人（盖章）  2025 年 09 月 11 日					
拟定供应商信息						
拟定供应商名称		南京赛文医疗器械有限公司				
拟定供应商地址		南京市建邺区黄山路 12 号 825 室				
专 家 论 证 意 见	专家论证意见 由于是机器采集盒配件故障，为保障硬件和软件的适配性，可靠性等问题，建议单一来源采购。					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	姜旭柏	义乌市中心医院	生物医学工程	工程师	13819960158	姜旭柏
	李旭东	义乌市妇幼保健院	临床医学	副主任医师	13735788826	李旭东
	吴荣凯	义乌市中医医院	生物医学工程	高工	13819955789	吴荣凯