


单一来源采购专家论证意见表

论证时间：2025 年 7 月 14 日

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	浙江大学医学院附属第四医院				
	联系人	王老师	联系电话	0579-89935122		
	拟采购项目名称	细胞计数板				
	拟采购项目预算	预算 5.5 万/年				
	采购产品所属项目名称	细胞计数板				
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☒1. 只能从唯一供应商处采购； ☐2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购； ☐3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求，需要从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。					
	申请理由： 我院采购的 SSA-II Plus 精子质量分析仪经过了大量的 AI 训练，训练只针对 SA-4 细胞计数板以及巴氏染色液，因此 SSA-II Plus 精子质量分析仪只适用于 SA-4 细胞计数板（用于浓度活力检测）以及巴氏染色液。上海瑞懿鑫实业有限公司为穗加 SA-4 细胞计数板和巴氏染色液唯一授权代理商，因此特申请单一来源采购。  单位负责人（盖章） 2025 年 7 月 14 日					
拟定供应商信息						
拟定供应商名称		上海瑞懿鑫实业有限公司				
拟定供应商地址		上海市松江区叶榭镇亭浦路 50 号 3 层-26				
专 家 论 证 意 见	专家论证意见： SSA-II PLUS 精子质量分析仪 AI 训练只针对 SA-4 细胞计数板以及巴氏染色液，为保证检测分析结果，两年内均穗加 SA-4 细胞计数板和巴氏染色液。					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	陈川	义乌市妇幼保健院	检验	副主任医师	1375758308	陈川
	朱建生	宁波市鄞州区人民医院	检验	主任医师	13676589980	朱建生
	吴静	宁波市第一医院	检验	高工	1381995289	吴静