


单一来源采购专家论证意见表

论证时间: 2016 年 4 月 9 日

编号:

基本 情况	申请单位(采购单位)	浙江大学医学院附属第四医院				
	联系人	汤国平	联系电话	0579-89935114		
	拟采购项目名称	输尿管软镜				
	拟采购项目预算	8 万元				
	采购产品所属项目名称	浙江大学医学院附属第四医院输尿管软镜				
申请 单位 意见	申请理由: <input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购; <input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购; <input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。					
	申请理由: 该项目为我院现有中山微视电子内窥镜图像处理器设备的增配项目, 目前部分软镜存在价格贵、维修成本高、维修时间长、故障率高等问题, 而且我院结石手术数量较多, 原输尿管软镜已经无法满足当前正常周转, 严重影响医院的诊疗需求。故计划采购 10 条输尿管软镜, 因为需要与医院现有的中山微视电子内窥镜图像处理器主机系统配套使用, 其他品牌输尿管软镜无法兼容中山微视电子内窥镜图像处理器主机, 为保证设备之间的兼容性和整体系统的稳定性, 避免因设备不兼容导致的故障。需采购中山微视品牌的输尿管软镜。杭州帅沃科技有限公司为中山微视输尿管软镜在本地唯一获得合法授权的代理商。 因此, 特申请单一来源的采购方式进行采购。					
						
拟定供应商信息						
拟定供应商名称		杭州帅沃科技有限公司				
拟定供应商地址		杭州市拱墅区石桥街道石祥路 59 号聚兴大厦 336 室				
专家 论证 意见	专家论证意见 主机为中山微视电子内窥镜图像处理器, 其他品牌输尿管软镜无法兼容主机, 为保证设备整体系统, 建议采用单一来源采购方式。					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	朱明	义乌市妇幼保健院	医学检验	副		朱明
	李国栋	义乌市妇幼保健院	物理治疗	中级		李国栋