

单一来源采购专家论证意见表

论证时间: 2026 年 6 月 29 日

编号:

基 本 情 况	申请单位 (采购单位)	浙江大学医学院附属第四医院		
	联系人	郑老师	联系电话	0579-89935082
	拟采购项目名称	微血管吻合装置		
	拟采购项目预算	12 万元/年		
	采购产品所属项目名称	微血管吻合装置		

申 请 单 位 意 见	申请理由: ☒ 1. 只能从唯一供应商处采购; 该产品为国内唯一一家取得注册证产品; ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购; ☐ 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。
	申请理由: 血管吻合是游离皮瓣手术的核心关键步骤, 直接决定皮瓣能否存活、手术是否成功, 也是游离皮瓣与带蒂皮瓣最本质的技术区别。微血管吻合装置由于内置支架作用且血管内膜全程可视状态下吻合, 避免了血管吻合最关键的盲区进针问题, 可以百分百保证血管吻合的通畅性, 且可以避免术后静脉血管吻合口受压闭合导致皮瓣回流不畅的问题, 是手术成功必要的关键耗材。省内温附一、温附二、省人民等多家三甲医院均在使用科普乐相关产品, 医院已挂网两次, 均只有一家供应商报名参加, 因此, 特申请单一来源的采购方式进行采购。 单位负责人 (盖章)  2026 年 6 月 29 日

拟定供应商信息

拟定供应商名称	杭州山淼医疗科技有限公司
拟定供应商地址	浙江省杭州市拱墅区祥茂路 16 号 3 幢 203 室

专 家 论 证 意 见	专家论证意见: 同意采用单一来源方式继续采购					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	郑晓东	浙江人民医院	骨外科	主任医师	18357113322	郑晓东
	吴斌	浙江省人民医院	骨科	副主任医师	1377596775	吴斌
	陈旭	浙江海化医院	骨科	副主任医师	13588760185	陈旭