

单一来源采购专家论证意见表

论证时间: 2020年6月29日

基 本 情 况	申请单位 (采购单位)	浙江大学医学院附属第四医院		
	联系人	汤国平	联系电话	0579-89935080
	拟采购项目名称	百特金宝血透机及水处理设备维修服务		
	拟采购项目预算	9.5 万元		
	采购产品所属项目名称	浙江大学医学院附属第四医院百特金宝血透机及水处理设备维修配件 (详见清单)		

申请理由:

☒ 1. 只能从唯一供应商处采购;

☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购;

☐ 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。

申请理由:

我院血透室百特金宝血透设备, 该设备配件专用, 后续维修保养需要更换配件, 均只有原厂授权的售后服务供应商才能提供。目前血透室血透设备使用率高, 负荷大, 一旦故障, 将给医院的业务造成严重影响。与此同时随着血透设备使用年限的增加, 设备的故障率随时间而增大, 机器每年需要更换的耗材及易损件单次购买金额较大, 而且配件价值高昂。百特金宝血透设备配件华东地区只在百特华东区仓库供货发放。综上所述, 从成本节约和质量保障的角度签约维修服务为最省钱, 且能保证设备正常工作的最佳方案。故此申请单一来源采购。

单位负责人 (盖章) 

年 月 日

拟定供应商信息

拟定供应商名称	上海裕倍贸易有限公司 (授权服务商)
拟定供应商地址	上海市嘉定区沪宜公路 5999 号 2-403-406 室

专 家 论 证 意 见	专家论证意见 同意,					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	李秋华	工部局	电气	副工	13655895800	李秋华
	吴志军	中医院	生物医学工程	高工	13819955709	吴志军
	李士书	江宁区	医学	主任	15735788826	李士书



扫描全能王 创建

浙大四院维修清单

零件名称	零件编号	数量
阀门	2510692	9
回水流量计	W616006001	1
NIPPLE AK95	19437001	8
SPIRAL PEX TUBE	2680009	8
FEMALE CONNECTOR	2650008	8
AK96 电源	K40281002	1
可变流量电机	K40175001	1

