

# 单一来源采购专家论证意见表

论证时间:

年 月 日





编号:

|                  |            |                             |      |               |
|------------------|------------|-----------------------------|------|---------------|
| 基<br>本<br>情<br>况 | 申请单位(采购单位) | 浙江大学医学院附属第四医院               |      |               |
|                  | 联系人        | 汤国平                         | 联系电话 | 0579-89935080 |
|                  | 拟采购项目名称    | 西诺德口腔全景机设备维修服务              |      |               |
|                  | 拟采购项目预算    | 8.2 万元                      |      |               |
|                  | 采购产品所属项目名称 | 浙江大学医学院附属第四医院西诺德口腔全景机 X 线球管 |      |               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申<br>请<br>单<br>位<br>意<br>见 | <p>申请理由:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购;</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购;</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <p>申请理由:</p> <p>我院西诺德口腔全景机 ORTHOPHOS XG 5, 该设备 X 线球管等配件专用, 后续维修保养需要更换配件, 放射剂量参数等专业校准, 均只有原厂授权的售后服务供应商才能提供。目前西诺德口腔全景机设备使用率高, 负荷大, 一旦故障, 将给医院的业务造成严重影响。与此同时随着口腔全景机设备使用年限的增加, 设备的故障率随时间而增大, 机器每年需要更换的耗材及易损件单次购买金额较大, 而且配件价值高昂。西诺德口腔全景机设备配件只在西诺德仓库供货发放。综上所述, 从成本节约和质量保障的角度签约维修服务为最省钱, 且能保证设备正常工作的最佳方案。故此申请单一来源打包采购。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人(盖章)  年 月 日</p> |

## 拟定供应商信息

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 拟定供应商名称 | 杭州人合医疗技术服务有限公司(授权服务商)       |
| 拟定供应商地址 | 浙江省杭州市下城区朝晖六区新市街 64 号 225 室 |

|                            |                                                                                             |         |        |     |             |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 专<br>家<br>论<br>证<br>意<br>见 | 专家论证意见:  |         |        |     |             |                                                                                       |
|                            | 专家姓名                                                                                        | 工作单位    | 专业     | 职称  | 手机          | 专家签名                                                                                  |
|                            | 丁晓心                                                                                         | 义乌市     | 设备管理   | 副高  | 13735758308 |  |
|                            | 吴孝承                                                                                         | 中医院     | 生物医学工程 | 高工  | 13819997789 |  |
|                            | 姜旭楠                                                                                         | 义乌市中心医院 | 生物医学工程 | 工程师 | 13819960558 |  |



扫描全能王 创建