

单一来源采购专家论证意见表

论证时间:

年 月 日

编号:

基 本 情 况	申请单位 (采购单位)	浙江大学医学院附属第四医院医共体福田院区				
	联系人	汤国平	联系电话	0579-89935080		
	拟采购项目名称	西门子 scope power16 排 CT 维保项目				
	拟采购项目预算	9.8 万元				
	采购产品所属项目名称	浙江大学医学院附属第四医院医共体福田院区				
申 请 单 位 意 见	申请理由: ☒ 1.只能从唯一供应商处采购; ☐ 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购; ☐ 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。					
	申请理由: 我院医共体福田院区现有西门子 scope power16 排 CT 一台 (序列号 115651), 于 2018 年 11 月购入。自投入使用以来, 一直由西门子原厂维修保养, 使用情况良好。为了保证设备运行的安全性、稳定性、高效性, 需要采购以上设备的维修保养保修服务。 该设备系西门子生产。西门子医疗系统有限公司是该设备的售后服务机构, 由于技术保护等方面的原因, 其他公司无力维修、软硬件升级、提供原厂配件等。维保内容主机设备为 TOP 保 (不含球管、高压油箱、探测器), 限扫 10 万秒次, syngo.via (工作站, 序列号: 311552) 为 PRO 保。 采购方式为单一来源, 采购对象为西门子医疗系统有限公司。综合考虑, 建议签约维保服务。可以有效的控制维护成本和预算处置, 提高服务质量及服务及时性。原厂及授权服务商能保证配件质量及服务及时有效, 故申请单一来源采购。 单位负责人 (盖章)  2024 年 3 月 26 日					
拟定供应商信息						
拟定供应商名称		西门子医疗系统有限公司				
拟定供应商地址		上海市浦东新区周祝公路 278 号				
专 家 论 证 意 见	专家论证意见					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	杨松	中颐堂	医用电子仪器	工程师	1355949001	杨松
	宋文俊	退休	机械	高工	1526795566	宋文俊
	刘瑞文	城镇取校	电子电工	高工	1357395900	刘瑞文



扫描全能王 创建