

单一来源采购专家论证意见表

论证时间: 2022 年 4 月 26 日

编号:

基 本 情 况	申请单位 (采购单位)	浙江大学医学院附属第四医院				
	联系人	汤国平	联系电话	0579-89935079		
	拟采购项目名称	欧堡免散瞳眼底照相机激光器维修服务				
	拟采购项目预算	9.8 万元				
	采购产品所属项目名称	浙大四院欧堡免散瞳眼底照相机激光器维修服务				
申 请 单 位 意 见	申请理由: ☐ 1. 只能从唯一供应商处采购; ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购; ☐ 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。					
	申请理由: 我院欧堡免散瞳眼底照相机 (Daytona) (序列号: 20378), 该设备激光模块 (BDIO) 配件专用, 维修保养需要更换配件只有原厂授权的售后服务供应商才能提供, 并作出质量承诺。欧堡免散瞳眼底照相机保证了眼科中心整体诊断效率, 但是该设备使用率高, 一旦故障, 将给医院的业务造成严重影响。更换该设备激光模块, 需要专业的工程师及专业的设备进行免散瞳眼底照相机的能量校准和激光的光路校准。综上所述, 为了保证设备的正常且安全使用。故此申请单一来源采购。 单位负责人 (盖章)  2022 年 4 月 26 日					
拟定供应商信息						
拟定供应商名称		杭州晶仁医疗科技有限公司				
拟定供应商地址		杭州市西湖区紫金启真大厦 B 幢 501 室-6				
专 家 论 证 意 见	专家论证意见 同意					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	杨旭	中巴甲定	医用电子仪器	工程师	13525949001	杨旭
	赵强	城隍街	医疗设备	主任	13525935900	赵强
	陈平	电七	电七	主任	1375927988	陈平



扫描全能王 创建