


单一来源采购专家论证意见表

论证时间： 2023 年 月 日

编号：



基 本 情 况	申请单位（采购单位）	浙江大学医学院附属第四医院		
	联系人	翁贤武	联系电话	13706685632
	拟采购项目名称	吻合口加固材料		
	拟采购项目预算	50万以上		
	采购产品所属项目名称	吻合口加固材料		

申 请 单 位 意 见	<p>申请理由：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1. 只能从唯一供应商处采购；</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求，需要从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同总金额的百分之十。</p>	
	<p>申请理由：此次吻合口加固材料单一来源品牌为北京博瑞瑞进生物科技有限公司生产的 SIS 生物材料博瑞强®。</p>	
	<p>博瑞强®是可降解吻合口加固产品，其采用专利的非交联生产工艺实现了去除动物组织免疫原性的同时，保留天然细胞外基质的结构和生物活性；其结构设计使产品能配套连接各种型号吻合器并提高手术安全性。</p>	
	<p>本次申请的博瑞强®吻合口加固修补片属国家创新特别审批产品，为国内原创研发独家产品，国内暂无同类产品。用于临床开展胸外科（普外科）手术中吻合口加固吻合口组织切缘，可有效降低吻合口出血、漏的发生率；减少术者对吻合口电凝止血和加缝加固等操作，节省手术时间，促进患者伤口组织生长，加速患者术后康复。</p>	
<p>单位负责人（盖章）</p>		
<p>2023 年 11 月 14 日</p>		

拟定供应商信息

拟定供应商名称	杭州捷立医疗器械有限公司
拟定供应商地址	杭州市临平区东湖街道兴国路 519 号 6 幢 721 室

专家论证意见：同意采用单一来源方式继续采购

专 家 论 证 意 见	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	翁贤武	浙大二院	胸外	主任医师	13906505071	
	翁贤武	浙江中医院	胸外	副主任医师	13858078070	
	翁贤武	浙大邵逸医院	普外	主任医师	1588706019	